

Hospital Santo Tomás

PATRONATO DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS
AUDITORIA INTERNA
INFORME # 12-13

AUDITORIA ESPECIAL A LA COMPRA DE 16 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y UNA CENTRAL DE MONITOREO

PARA: Patronato del Hospital Santo Tomás

DE: Original } Lic. Edward Zingg
Firmado } Jefe de Auditoría Interna

ASUNTO: Lic. Edward Zingg
Jefe de Auditoría Interna
Resultados de la Auditoría Especial a la Compra de 16 Monitores de Signos Vitales y una Central de Monitoreo.

C.C Dr. Elías García Mayorca – Director Médico General

FECHA: Panamá, 8 de octubre de 2013

5. La empresa Healthcare Products, S.A, está ofreciendo al Hospital Santo Tomás el equipo requerido a un precio 425% por encima del precio ofrecido en enero de 2012 al Ministerio de Salud. No se justifica tal diferencia de precio.

Recomendaciones

1. A pesar que el acto público objeto de esta investigación ya fue adjudicado, y que la orden de compra #1296 está en trámite de firmas, Auditoría Interna opina que se deben realizar todas las gestiones necesarias para rectificar lo actuado y evitar que el hospital adquiera el equipo requerido a un precio mayor, existiendo opciones más económicas. El hospital debe basarse en la Resolución # DF-254-2013 de 27 de junio de 2013 emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas que ordenó una nueva evaluación de las propuestas, la cual no se realizó, y que debe hacerse basándose estrictamente en lo que se publicó en el pliego de cargos, el cual no contempla el aspecto de la vigencia de 90 días sobre los sellos frescos de copia autenticada de los criterios técnicos emitidos por la Caja de Seguro Social.

2. Debido a las fallas técnicas reportadas al Ministerio de Salud por parte de hospitales ubicados en el territorio nacional, debe rechazarse la propuesta de Healthcare Products, S.A. Así lo recomienda el Ministerio de Salud en Nota #298/DIDTS/DGSP (anexo 5).

3. Es conveniente que se revise en el Reglamento de Compras la toma como acaparamiento nacional, la cual ha ocasionado perjuicio económico a la entidad y resta transparencia.

Recomendación

Solicitamos al Patronato someter este informe y el informe de Auditoría Interna #12-13, a consideración de las autoridades pertinentes.

Nota- 298/DIDTS/DGSP
21 de octubre de 2013

Licenciado
EDWARD ZINGG
Jefe de Auditoría Interna PHST
Patronato del Hospital Santo Tomas
En su despacho

Licenciado Zingg:

En respuesta a la Nota N° 181-13 AI-PHST donde nos indica que el Hospital Santo Tomas citó: "...está a punto de concretar una compra de 16 monitores de signos vitales marca Votem..."

Le informo que la Dirección General de Salud a través del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud, adelanta una investigación al Monitor de Signos Vitales con Accesorios Adulto y Pediátrico Modelo VP-1000 Marca Votem con Certificado de Criterio Técnico: MINSA-EB-400-08-11 y CSS-EB-0819-04-12.

- Los primeros reportes de falla los presento el Hospital Nicolás Solano y el Hospital Aquilino Tejeira a través del Departamento Nacional de Biomédica y se le asignó para efectos de investigación el N° de código: MINSA 87-0001-01-13
- Las fallas reportadas ocurridas en ambas instituciones son similares.
- Las Fallas que presentan afectan el desempeño del dispositivo y la seguridad del paciente por lo que en estos momentos se encuentran como medida preventiva y provisional en cuarentena en sus respectivas instituciones.

Considerando los resultados hasta la fecha de las investigaciones le recomendamos que no adquiera para su institución el dispositivo antes descrito.

Atentamente,


DRA. EVA E. SAURI
Jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud, a.i.

